

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA SOVRAZIONALE, MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE A CONSEGNE RIPARTITE, DI DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALL'AIC5. – RDO n. 5315127

VERBALE N. 1

L'anno 2025, addì 24 del mese di giugno, alle ore 09:30, presso l'ufficio della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Novi Ligure, Via E. Raggio n. 12, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto e composta dalle seguenti persone:

Presidente

Dott.ssa Cecilia Taverna

Dirigente Medico - S.C. Anatomia Patologica - A.S.L. di Alessandria.

Designata tramite documento informale interno n. INF/727/25 del 09.06.2025.

Componenti

Dott.ssa Eleonora Mazzoni

Coordinatore tecnico - S.C. Anatomia Patologica - A.S.L. di Alessandria.

Designata tramite documento informale interno n. INF/726/25 del 09.06.2025.

Dott. Marzio Picollo

Coordinatore Tecnico - S.C. Anatomia e Istologia Patologica - A.O.U. di Alessandria.

Designato tramite nota prot. n. 059905/25 del 04.06.2025.

Inoltre, sono presenti alla seduta la sig.ra Elena Demergasso e il dr. Edoardo Branda, in servizio presso la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale, con funzioni esclusivamente di segreteria.

I componenti della Commissione Giudicatrice confermano l'accettazione del loro incarico conferito con Determinazione n. 859 del 10.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo n. 31.03.2023 n. 36 e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata accertando in particolare quanto segue:

- con determinazione n. n. 628 del 30.04.2025, esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano integralmente "per relationem", è stata adottata la determina a contrarre per l'avvio del procedimento relativo alla fornitura di dispositivi per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ed all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, da effettuare in modalità elettronica tramite la piattaforma M.E.P.A. e

W Blu
WEP

da aggiudicare per singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

- che tramite la piattaforma telematica M.E.P.A, procedura R.D.O. n. 5315127 entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del giorno 29.05.2025 sono pervenute le seguenti offerte:

DITTA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	ELENCO DEI LOTTI DI PARTECIPAZIONE
BIO OPTICA MILANO S.P.A.	VIA SAN FAUSTINO, 58, 20134, MILANO (MI)	06754140157	LOTTI 1-3-4
DIAPATH S.P.A.	VIA SAVOLDINI, 71, 24057, MARTINENGO (BG)	02705540165	LOTTI 1-2-3-4
GS MEDICAL S.R.L.	VIA VILLABONA, 87, 30175, VENEZIA (VE)	04135930271	LOTTI 1-2-3
LABOINDUSTRIA S.P.A.	VIA MATTEOTTI, 37, 35020, ARZERGRANDE (PD)	00805390283	LOTTI 1-2-3-5
M.D.L. S.R.L.	VIA TAVANI, 1/A, 23014, DELEBIO (SO)	00656810140	LOTTO 1
MECCANICA G.M. S.R.L.	VIA BARCA S.C.N., 60025, LORETO (AN)	00650230428	LOTTI 1-2-3-4-5

- che in data 05.06.2025 la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale, ha provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e che tutte le ditte sopracitate, sono state ammesse alla prosecuzione della gara.

- che in data 24.06.2025 sempre la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha provveduto all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

La Commissione Giudicatrice a questo punto, prende atto del Capitolato Speciale di gara precisando che la presente fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto, per ciascuno di essi, l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' MAX PUNTI 70
PREZZO MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito, così come dettagliatamente riportato all'art. 18 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem":

ed
VGP

LOTTO 1 Dispositivo per ISTOLOGIA da 20 - 30 ml. (Formalina)

LOTTO 2 Dispositivo per ISTOLOGIA da 60 ml. (Formalina).

RIF.	SOTTOCRITERI	PUNTEGGI O PARZIALE	TIPOLOGIA	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	17	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	Sicurezza dell'operatore.	21	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	11	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	21	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
TOTALE		70		

LOTTO 3 Dispositivo per ISTOLOGIA da 90 ml. (Formalina)

LOTTO 4 Dispositivo per ISTOLOGIA da 150 - 170 ml. (Formalina).


RIF.	SOTTOCRITERI	PUNTEGGI O PARZIALE	TIPOLOGIA	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	15	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	Sicurezza dell'operatore.	18	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche

g alle
DGP

C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	10	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	15	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
E	Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione del maggior numero di cassette monouso.	12	Q	Criterio Quantitativo: Punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore maggiore. Alle altre Ditte punteggi inferiori secondo la seguente formula: $P = (V_n * 12) / V_{max}$ dove: P = punteggio da assegnare. V _n = valore proposto. V _{max} = valore max. proposto.
TOTALE		70		

LOTTO 5 Dispositivo per ISTOLOGIA da 500 - 600 ml. (Formalina).

RIF.	SOTTOCRITERI	PUNTEGGI O PARZIALE	TIPOLOGIA	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	15	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	Sicurezza dell'operatore.	15	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	10	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	15	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche



E	Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione del maggior numero di cassette monouso.	5	Q	<p> Criterio Quantitativo: Punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore maggiore. Alle altre Ditte punteggi inferiori secondo la seguente formula: $P = (Vn \cdot 5) / Vmax$ dove: P = punteggio da assegnare. Vn = valore proposto. Vmax = valore max. proposto. </p>
F	Possibilità di inserire le biocassette in modo ordinato e visibile senza dover aprire il barattolo.	10	T	<p> Criterio Tabellare: 10 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito. </p>
TOTALE		70		

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi Quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale.

Con lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50

Handwritten signatures and initials:
 w) [Signature]
 KCP

INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "Qualità" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle Ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

La Commissione Giudicatrice acquisita dalla S.C. E.L.A.P. la documentazione tecnica e la campionatura presentata dagli operatori economici partecipanti, procede preliminarmente ad esaminare il possesso, da parte delle offerte presentate, delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di esclusione, per poi procedere all'assegnazione dei punteggi qualità:

"ART. 5 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI DISPOSITIVI"

LOTTE N. 1 - 2

I dispositivi monouso sono utilizzati per la conservazione del campione bioptico destinato ad analisi istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui una utilizzata per l'inserimento del campione da analizzare ed un'altra pre-riempita con formalina.

Caratteristiche essenziali:

- il dispositivo deve consentire l'introduzione diretta del materiale bioptico prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell'utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione della/e cassetta/e monouso;
- il dispositivo deve consentire il distacco facilitato del materiale bioptico, ossia il contenitore nel quale verranno inserite le biopsie non deve essere vuoto ma deve contenere adeguato tampone;
- il tappo deve permettere al dispositivo l'apertura del contenitore sigillato contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata pronto uso) in totale sicurezza per l'operatore;
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del contenuto;

[Handwritten signatures]

- il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di sicurezza, rischio e pericolo per l'utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.

LOTTI N. 3 - 4 - 5

I dispositivi monouso sono utilizzati per la conservazione del campione biotico destinato ad analisi istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui una utilizzata per l'inserimento del campione da analizzare ed un'altra pre-riempita con formalina.

Caratteristiche essenziali:

- il dispositivo deve consentire l'introduzione diretta del materiale biotico prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell'utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione della/e cassetta/e monouso;
- il tappo deve permettere al dispositivo l'apertura del contenitore sigillato contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata pronto uso) in totale sicurezza per l'operatore;
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del contenuto;
- il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di sicurezza, rischio e pericolo per l'utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.

LOTTO 1 Dispositivo per ISTOLOGIA da 20 - 30 ml. (Formalina)

La Commissione Giudicatrice durante l'atto di apertura della campionatura rileva da subito, che i prodotti presentati dalla Ditta M.D.L. S.P.A. non sono stati resi disponibili per l'odierna seduta e pertanto decide di rinviare la valutazione qualitativa del lotto ad un successivo incontro, conferendo mandato alla S.C. E.L.A.P. di recuperare la campionatura in esame.

LOTTO 2 Dispositivo per ISTOLOGIA da 60 ml. (Formalina)

Di seguito vengono riportate le Ditte che non rispettano i requisiti minimi per essere ammessi alla prosecuzione della gara:

Ditta GS MEDICAL S.R.L il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto, possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta LABOINDUSTRIA S.P.A il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto: possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta MECCANICA G.M. S.R.L. presenta un dispositivo con una quantità pari a 25 ml di formalina ed un volume complessivo di 45 ml, valori inferiori rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale (60 ml.). Motivazione per la quale il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

RIF.	SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TIPOLOGIA DI CRITERIO	DIAPATH S.P.A.
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	17	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 17
B	Sicurezza dell'operatore.	21	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 21
C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	11	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 11
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	21	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 21
TOTALE		70		70

LOTTO 3 Dispositivo per ISTOLOGIA da 90 ml. (Formalina).

Di seguito vengono riportate le Ditte che non rispettano i requisiti minimi per essere ammessi alla prosecuzione della gara:

Ditta DIAPATH S.P.A. il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto, possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta GS MEDICAL S.R.L. il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

[Handwritten signatures]

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto, possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta LABOINDUSTRIA S.P.A. il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto, possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta MECCANICA G.M. S.R.L. presenta un dispositivo con una quantità pari a 60 ml di formalina, volume nominale corrispondente a 150ml ed un volume esterno delle dimensioni di 190ml, quindi valori non corrispondenti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale (90 ml.).

Motivazione per la quale il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del capitolato speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Si procede quindi alla valutazione qualitativa dell'unica ditta ammessa come segue:

RIF.	SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TIPOLOGIA DI CRITERIO	BIO OPTICA MILANO S.P.A.
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15
B	Sicurezza dell'operatore.	18	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 18
C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	10	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 10
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15
E	Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione del maggior numero di cassette monouso.	12	Q	Punteggio = 12
TOTALE		70		70

LOTTO 4 Dispositivo per ISTOLOGIA da 150 - 170 ml. (Formalina).

Di seguito vengono riportate le Ditte che non rispettano i requisiti minimi per essere ammessi alla prosecuzione della gara:

Ditta DIAPATH S.P.A.: presenta un dispositivo con una quantità pari a 19 ml di formalina più soluzione a tampone corrispondente a 91 ml e un volume del contenitore pari a 250 ml, quindi valori non corrispondenti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale (150-170 ml.).

Il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto, possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Si procede quindi alla valutazione qualitativa delle Ditte ammesse come segue:

RIF.	SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TIPOLOGIA DI CRITERIO	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	MECCANICA G.M. S.R.L.
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15	Giudizio = Insufficiente Coefficiente = 0,40 Punteggio = 6
B	Sicurezza dell'operatore.	18	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 18	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 18
C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	10	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 10	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 10
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15

E	Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione del maggior numero di cassette monouso.	12	Q	Punteggio = 12	Punteggio = 1,80
TOTALE		70		70	50,8

NOTE:

Sottocriterio A.

Ditta MECCANICA G.M. S.R.L.: il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che permette il passaggio dei campioni e/o dei frammenti di tessuto al di sotto del cestello rendendo impossibile il recupero del materiale senza distruzione del contenitore.

Sottocriterio E.

Ditta MECCANICA G.M. S.R.L.: il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta un limite di massimo inserimento di nr. 3 cassette, quantità che risulta inferiore rispetto alla concorrente.

LOTTO 5 Dispositivo per ISTOLOGIA da 500 - 600 ml. (Formalina).

Di seguito viene riportata la Ditta che non rispetta gli elementi minimi per essere ammessa alla prosecuzione della gara:

Ditta LABOINDUSTRIA S.P.A.: il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto e potrebbe causare il danneggiamento del tessuto da analizzare.

Infine, alla prova di capovolgimento di più dispositivi presentati come campionatura, sono state notate delle perdite di liquido che non salvaguardano l'operatore.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Si procede quindi alla valutazione qualitativa dell'unica Ditta ammessa come segue:

RI F.	SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TIPOLOGIA DI CRITERIO	MECCANICA G.M. S.R.L.
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 15

B	Sicurezza dell'operatore.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15
C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	10	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 10
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	15	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 15
E	Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione del maggior numero di cassette monouso.	5	Q	Punteggio = 5
F	Possibilità di inserire le biocassette in modo ordinato e visibile senza dover aprire il barattolo.	10	T	Punteggio = 0
TOTALE		70		60

NOTE:

Sottocriterio F.

Il dispositivo presentato dalla Ditta MECCANICA G.M. S.R.L. non contiene un separatore identificativo delle biocassette.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20 ca. e aggiorna la convocazione a data da destinarsi per la valutazione del Lotto n. 1. Viene redatto il presente verbale, che composto da n.12 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cecilia Taverna



I Componenti

Dott.ssa Eleonora Mazzoni



Dott. Marzio Picollo