

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA SOVRAZIONALE, MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE A CONSEGNE RIPARTITE, DI DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALL'AIC5. – RDO n. 5315127**

**VERBALE N. 2**

L'anno 2025, addì 10 del mese di novembre, alle ore 09:30, attraverso la piattaforma Teams si è svolta la riunione online della Commissione Giudicatrice preposta all'esame della documentazione tecnica del Lotto 1 presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto e composta dalle seguenti persone:

**Presidente**

Dott.ssa Cecilia Taverna

Dirigente Medico - S.C. Anatomia Patologica - A.S.L. di Alessandria.

Designata tramite documento informale interno n. INF/727/25 del 09.06.2025.

**Componenti**

Dott.ssa Eleonora Mazzoni

Coordinatore tecnico - S.C. Anatomia Patologica - A.S.L. di Alessandria.

Designata tramite documento informale interno n. INF/726/25 del 09.06.2025.

Dott. Marzio Picollo

Coordinatore Tecnico - S.C. Anatomia e Istologia Patologica - A.O.U. di Alessandria.

Designato tramite nota prot. n. 059905/25 del 04.06.2025.



È inoltre presente alla seduta il dott. Edoardo Branda, Collaboratore Amministrativo Professionale della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

La Commissione Giudicatrice richiama il verbale n. 1 relativo alla riunione svoltasi in data 24.06.2025, nel corso della quale era stato deciso di rinviare la valutazione qualitativa del lotto n. 1 ad un successivo incontro, previa acquisizione della campionatura della Ditta M.D.L. S.p.a. allora non disponibile nel corso della seduta.

La Commissione Giudicatrice a questo punto rileva che la campionatura è stata messa a disposizione da parte della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamento – Patrimoniale e prende atto pertanto che è stata messa nelle condizioni di effettuare la valutazione di tutte le offerte pervenute, le cui considerazioni sono riportate come segue:

**LOTTO 1 Dispositivo per ISTOLOGIA da 20 - 30 ml. (Formalina).**

Di seguito vengono riportate le Ditte che non rispettano i requisiti minimi per essere ammessi alla prosecuzione della gara:

Ditta Diapath S.R.L presenta un dispositivo con una quantità pari a 40 ml di formalina e soluzione a tampone e volume nominale corrispondente a 60 ml, quindi valori non corrispondenti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale (20-30 ml.).

Motivazione per la quale il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del capitolato speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta GS MEDICAL S.R.L il dispositivo offerto ed oggetto di campionatura presenta una conformazione tale che "non impedisce", in caso di capovolgimento, un eventuale passaggio del campione nel tappo privo di fissativo "onde evitare il danneggiamento del contenuto".

Inoltre, in caso di capovolgimento, il materiale biologico potrebbe rimanere asciutto, possibile causa di danneggiamento del tessuto da analizzare.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta Laboindustria presenta un dispositivo che, introducendo con difficoltà la cassetta monouso, all'atto della chiusura, la stessa cassetta si danneggia e non permette la chiusura ermetica del contenitore.

La chiusura non più ermetica rende il dispositivo non più sicuro: non impedisce il versamento accidentale di formalina dal contenitore del campione a salvaguardia dell'operatore.

Motivazioni per le quali il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del capitolato speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Ditta MDL S.R.L. presenta un dispositivo che non permette l'introduzione della/e cassetta/e monouso.

Motivazione per la quale il prodotto viene ritenuto non conforme alle prescrizioni del capitolato speciale e conseguentemente non ammesso alla valutazione qualitativa.

Sono riportate nel seguente prospetto le valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice riguardo le restanti Ditte Bio Optica Milano S.p.a. E Meccanica G.M. S.r.l., ritenute in possesso dei requisiti minimi per essere ammessi alla prosecuzione della gara:

RIF.	SOTTOCRITERI	PUNTEGGIO PARZIALE	TIPOLOGIA	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	MECCANICA G.M. S.R.L.
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento e d'identificazione.	17	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 17
B	Sicurezza dell'operatore.	21	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 21	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 21

SM  


C	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente).	11	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 11	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 11
D	Possibilità di verificare la corretta chiusura del dispositivo.	21	D	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 21	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,00 Punteggio = 21
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>		<b>70</b>	<b>70</b>

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00 circa, viene redatto il presente verbale, che, composto da n. 3 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto, così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

#### **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Cecilia Taverna




---

#### **I Componenti**

Dott.ssa Eleonora Mazzoni




---

Dott. Marzio Picollo




---